

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis (Modo Intermitente O Continuo)

Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso de emergencia, llame al 911.

INSUMOS:

- Bolsa o cassette de medicación
- Tubos CADD (**cambie los lunes, miércoles y viernes para infusiones continuas o diariamente para intermitentes**)
- Bomba CADD Solis con batería recargable y adaptador de CA
- 4 baterías AA para respaldo de emergencia
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina (si se indica)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- 4 baterías AA para respaldo de emergencia
- (1) tapa estéril azul claro

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina ___ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones de la enfermera
- S** Solución salina ___ ml
- H** Heparina ___ ml (si es necesario)

PROCEDIMIENTO para infusión y cambio diario de bolsa con tubo:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la jeringa de medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Contáctenos si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
4. Retire el tubo de CADD del empaque. Tire del broche azul hacia arriba para retirar el broche azul de la parte superior del cassette. Esto evitará un flujo por gravedad imprevisto.
5. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
6. Retire la cubierta de la espiga en el tubo CADD e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis (Modo Intermitente O Continuo)

7. Oprima el botón "POWER" (encendido) en el lado derecho de la bomba. La bomba hará una serie de bips. La pantalla principal aparecerá y el modo de la bomba aparecerá como "**READY TO BEGIN**" (lista para comenzar) en el centro de la pantalla.
8. Abra la palanca de cierre de la bomba y conecte un nuevo tubo (enganche primero el extremo rebatible). Empuje el cassette hasta que haga clic en su lugar O coloque la bomba en posición vertical en una superficie firme y plana, y luego presione sobre el lado del cierre de la bomba hasta que el cassette haga clic para indicar que está colocado. Cierre la traba.

***NOTA: No fuerce la traba. Si no puede trabar el cassette con poca o ninguna resistencia, el cassette no está en la posición de cierre correcta. Destrabe el cassette y repita el proceso. En la parte superior de la pantalla aparecerá de forma intermitente el mensaje "High Volume or Standard Administration Set Latched" (Juego de administración de alto volumen o estándar trabado).**

9. Verifique la pantalla de la bomba; si aparece "**RESET RESERVOIR TO _____? ML**" (Restablecer volumen del depósito a ml), oprima "**YES**" (Sí) en el teclado. ***Esta pregunta no aparecerá durante la infusión inicial.**
10. La bomba preguntará entonces "**PRIME TUBING?**" (¿Llenar el tubo?) Oprima "**YES**" (Sí) en el teclado. Asegúrese de que las pinzas en el tubo están abiertas y encienda la bomba en el costado (traba hacia abajo) para ayudar a eliminar burbujas de aire. En la pantalla de la bomba aparecerá "**Disconnect tubing from patient, open clamps then press Prime**" (Desconecte el tubo del paciente, abra las pinzas y luego oprima Llenar). Oprima "**PRIME**" (Llenar) en el teclado.
11. Llene hasta que se observe una gota de líquido en el extremo del tubo. Oprima "**STOP PRIMING**" (Detener llenado). En la pantalla de la bomba verá "**Continue Priming?**" (¿Continuar el llenado?). Oprima "**NO**" si se completó el llenado.
12. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
13. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
14. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis (Modo Intermitente O Continuo)

15. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una nueva toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
16. Retire la tapa protectora del extremo del tubo CADD y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. ****NO TOQUE EL EXTREMO DEL TUBO.****

***NOTA: Después de un tiempo corto, la pantalla se apaga para ahorrar energía. Para reactivar la pantalla, oprima cualquier botón blanco en el teclado.**

17. Cuando **“START PUMP?”** (¿Encender bomba?) aparezca en la pantalla, oprima **“YES”** (Sí) en el teclado. Esto comenzará la infusión. La bomba mostrará que está funcionando y la luz indicadora verde se encenderá de forma intermitente.

AL FINALIZAR LA INFUSIÓN:

18. Cuando la infusión se complete, sonará una alarma y la pantalla de la bomba tendrá el mensaje **“RESERVOIR VOLUME IS ZERO-PUMP STOPPED”** (El volumen del depósito es cero, la bomba se detuvo). Oprima **“ACKNOWLEDGE”** (Confirmar) para detener la alarma.
19. Cierre la pinza en el tubo de la bomba.
20. Oprima el botón **“POWER”** (encendido) en el lado derecho de la bomba para apagar la bomba.
21. Desconecte el tubo de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso.
22. Si debe administrar otra dosis de la medicación el **MISMO** día, coloque una tapa de protección azul claro en el extremo del tubo para mantenerlo estéril.
23. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
24. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis (Modo Intermitente O Continuo)

25. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.

Si su catéter requiere el uso de heparina: complete los pasos 26 a 28; de lo contrario, siga al paso 29.

26. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol o antiséptico vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
27. Conecte una jeringa precargada con heparina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso y enjuáguelo según las instrucciones de su enfermero.
28. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
29. Retire la bolsa/tubo o cassette de medicación y deseche si se completaron todas las infusiones del día.
30. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
31. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE BOLSA ÚNICAMENTE:

1. Si la bomba está funcionando, oprima el botón "Stop/Start" (Detener/Encender) en el teclado. En la pantalla de la bomba verá "**STOP PUMP?**" (¿Detener bomba?) Oprima "**YES**" (Sí).
2. Cierre la pinza en el tubo.
3. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la nueva bolsa de la medicación.
4. Retire la espiga de la bolsa de medicación existente e insértela en la nueva bolsa de medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**
5. Abra la pinza en el tubo.

EDUCACIÓN DEL PACIENTE

Procedimiento De Administración Con Cadd Solis (Modo Intermitente O Continuo)

6. Oprima **"TASKS"** (Tareas) en el teclado.
7. **"RESET RESERVIOR"** (Restablecer depósito) se resalta; oprima **"SELECT"** (Seleccionar) en el teclado. La bomba dirá **"RESET RESERVOIR VOLUME TO ____ ML"** (¿Restablecer el volumen del depósito a ____ ml?). Oprima **"YES"** (Sí).
8. Oprima la tecla **"STOP/START"** (DETENER/ENCENDER) para encender la bomba. Oprima **YES** (Sí) para encender la bomba.
9. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**** Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.****

NOTA: La bomba CADD Solis funciona con una batería recargable y necesitará enchufarse a un toma en la pared con el adaptador de CA durante 4 a 6 horas diariamente para recargarse. En una emergencia, la bomba CADD Solis puede funcionar con 4 baterías AA. Consulte el folleto de educación del paciente para ver instrucciones sobre cómo cargar la bomba CADD Solis o cambiar las 4 baterías AA.

CAREPATHrx

La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente.

Copyright © 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.