

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Procedimiento De Administración Con Cadd Solis: Cambio De Bolsa O Cassette En Modo PCA

**Administrar correctamente su medicamento en casa es importante para su seguridad. En caso de emergencia, llame al 911.**

### INSUMOS:

- Cassette (con tubo conectado) **O**
- Tubo del adaptador del depósito remoto y bolsa de medicación (tubo CADD)
- Toallitas húmedas con alcohol o antiséptico
- 4 baterías AA para respaldo de emergencia
- Batería recargable/Adaptador de CA
- Llave de CADD Solis
- (2) Jeringas precargadas con cloruro de sodio (solución salina)
- (1) Jeringa precargada con heparina

### PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE SASH:

- S** Solución salina \_\_\_ ml
- A** Administrar el medicamento según las instrucciones del enfermero
- S** Solución salina \_\_\_ ml
- H** Heparina \_\_\_ ml (si es necesario)

### PROCEDIMIENTO:

1. Limpie el área de trabajo. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos. Reúna los insumos.
2. Consulte la etiqueta del medicamento para ver el nombre, el fármaco, la frecuencia y el vencimiento. Inspeccione la bolsa o el cassette con la medicación en busca de fisuras, pérdida, material particulado y transparencia de la medicación. Contáctenos si hay discrepancias o inquietudes.
3. Prepare sus jeringas precargadas para enjuagar su catéter intravenoso según las instrucciones del enfermero.
4. Retire el cassette de medicación o el tubo CADD del empaque. Si se utiliza una bolsa de medicación o tubo CADD, deberá insertar la espiga en la bolsa de medicación en este momento.
  - a. Retire la lengüeta de protección del puerto de entrada a la bolsa de la medicación.
  - b. Retire la cubierta de la espiga en el tubo CADD e inserte la espiga en la bolsa de la medicación con un movimiento de empuje y giro. **NO TOQUE LA ESPIGA.**

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Procedimiento De Administración Con Cadd Solis: Cambio De Bolsa O Cassette En Modo PCA

5. Oprima la tecla "STOP/START" (Detener/Encender) para apagar la bomba.
6. Cierre las pinzas de los tubos y desconecte el tubo de su catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
7. Inserte la llave de la bomba (lado de la llave hexagonal) en el orificio de la llave y gírela hacia la izquierda hasta la posición de traba abierta.
8. Abra la palanca de cierre de la bomba 90 grados y retire el cassette/tubo de la bomba.
9. Deseche el cassette de medicación **O** tubo usados con la bolsa de medicación conectada según las instrucciones de su enfermero.
10. Conecte un nuevo cassette/tubo a la bomba (enganche primero el extremo rebatible). Empuje el cassette hasta que haga clic en su lugar **O** coloque la bomba en posición vertical en una superficie firme y plana, y luego presione sobre el lado del cierre de la bomba hasta que el cassette haga clic para indicar que está colocado. Cierre la traba.

**Nota: No fuerce la traba. Si no puede trabar el cassette con poco o ningún esfuerzo y sin fuerza, el cassette no está en la posición de cierre correcta. Destrabe el cassette y repita el proceso. En la parte superior de la pantalla verá "Cassette Partially Unlatched" (Cassette parcialmente destrabado) o "Cassette Unlatched and Removed" (Cassette destrabado o extraído).**

11. Una vez que el cassette/tubo esté correctamente conectado, el mensaje "**Reservoir Cassette Locked**" (Cassette bloqueado en el depósito) aparecerá en la pantalla.
12. Gire la llave de la bomba hacia la derecha hasta la posición cerrada y dé dos vueltas para bloquearla y encender la bomba.
13. Cuando el mensaje "**Reset Reservoir Volume to \_\_\_ ml?**" (¿Restablecer volumen del depósito a \_\_\_ ml?) aparezca en la pantalla, oprima "**Yes**" (Sí) para restablecer el volumen al valor programado original.

### **LLENADO DEL TUBO Y ARRANQUE DE LA BOMBA**

14. Cuando el nuevo cassette/tubo con la bolsa de medicación conectada, la bomba puede pedirle automáticamente que llene el tubo. Los cassettes ya están llenos. Si su medicación viene en una bolsa, es posible que deba llenar el tubo del adaptador del depósito remoto primero.

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Procedimiento De Administración Con Cadd Solis: Cambio De Bolsa O Cassette En Modo PCA

15. Entonces, la bomba preguntará, **“PRIME TUBING?”** (¿Llenar tubo?). Oprima **“YES”** (Sí) en el teclado (**SI NO SE PRELLENÓ**). Asegúrese de que las pinzas en el tubo están abiertas y encienda la bomba en el costado (**traba hacia abajo**) para ayudar a eliminar burbujas de aire.
16. En la pantalla de la bomba aparecerá **“Disconnect tubing from patient, open clamps then press Prime”** (Desconecte el tubo del paciente, abra las pinzas y luego oprima Llenar). Oprima **“PRIME”** (Llenar) en el teclado.
17. Oprima y mantenga oprimida la tecla **“Prime”** (Llenar) hasta que el tubo esté completamente lleno o detenga el llenado. **“Continue priming?”** (¿Continuar el llenado?). Oprima **“NO”** si se completó el llenado.
18. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
19. Conecte una jeringa precargada con cloruro de sodio/solución salina en la caperuza para introducción de agujas del catéter intravenoso según las instrucciones de su enfermero.
20. Desconecte la jeringa de la caperuza para introducción de agujas de su catéter intravenoso y deseche.
21. Limpie la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso con una toallita con alcohol nueva vigorosamente durante 30 segundos y deje secar al aire durante 60 segundos.
22. Retire la tapa protectora del extremo del tubo CADD y conecte el tubo a la caperuza para introducción de agujas en el extremo de su catéter intravenoso. **\*\*NO TOQUE EL EXTREMO DEL TUBO.\*\***
23. Cuando aparezca **“Start the Pump?”** (¿Encender la bomba?) en la pantalla, verifique que no haya aire en el camino del líquido. Oprima **“Yes”** (Sí) para encender la bomba. La bomba se revisará automáticamente y mostrará los ajustes programados. **“Running”** (Funcionando) aparecerá en la parte superior de la pantalla en verde, la luz verde parpadeará y la administración de fluido comenzará.
24. Coloque la bomba CADD Solis con la medicación en la bolsa de transporte que se proporciona, según las instrucciones de su enfermero.

# EDUCACIÓN DEL PACIENTE

## Procedimiento De Administración Con Cadd Solis: Cambio De Bolsa O Cassette En Modo PCA

25. Enjuague las luces adicionales según las instrucciones de su plan de tratamiento.
26. Lávese las manos exhaustivamente durante, al menos, 20 segundos.

**NOTA:** Después de un tiempo corto, la pantalla se apaga para ahorrar energía. Para volver a encender la pantalla, oprima cualquier tecla en el teclado.

**NOTA:** La bomba CADD Solis funciona con una batería recargable y necesitará enchufarse a un toma en la pared con el adaptador de CA durante 4 a 6 horas diariamente para recargarse. En una emergencia, la bomba CADD Solis puede funcionar con 4 baterías AA. Consulte el folleto de educación del paciente para ver instrucciones sobre cómo cargar la bomba CADD Solis y cómo cambiar las 4 baterías AA.

**\*\*Todos los insumos y residuos pueden colocarse en bolsa doble y desecharse con su basura domiciliaria.\*\***

### NOTAS:



La información incluida en este documento está destinada únicamente a fines informativos y educativos. No está destinado a reemplazar el consejo médico ofrecido por un médico u otro proveedor de salud calificado. Si cree que está experimentando una emergencia médica, llame al 911 inmediatamente.

Copyright © 2021 por CarepathRx. Todos los derechos reservados.